

Data de nasc:	15/09/1950	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	21/12/2025 - 19/01/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	16/12/2025
ID do paciente:	JEANETE MOREIRA D...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624670CD6A				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 21/12/2025 - 19/01/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	21/12/2025 - 19/01/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	18 dias
Dias sem uso do aparelho	12 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	60,0%
Uso acumulado	3 dias 12horas. 28 min. 53 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 1 min. 48 segundos.
Média de uso (todos os dias)	2horas. 48 min. 57 segundos.
Média de uso (dias de uso)	4horas. 41 min. 36 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2 min. 47 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	33,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	66,7%
Tempo total com soprador	3 dias 17horas. 41 min. 37 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,2 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	11,6 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	10,6 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	10 segundos.
Média de IAH	6,8


Definições do Dispositivo a partir de 19/01/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

