


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/12/2025 - 05/01/2026
Dias de utilização	8/8 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (63%)	
< 4 horas	3 dias (38%)	
Horas de utilização	34 horas 0 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/01/2026)	3,298 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653843
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 18.6	Máximo: 30.8	
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 0.4	IAH: 2.5	
Índice de apneia	Central: 1.9	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653843


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

