


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/01/2026 - 10/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	171 horas 45 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 44 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 0 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/02/2026)	3,494 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653843
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.7	Percentil 95.º: 19.1	Máximo: 28.6	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.3	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653843


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

