


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/02/2026 - 17/03/2026
Dias de utilização	35/35 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (80%)	
< 4 horas	7 dias (20%)	
Horas de utilização	180 horas 24 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 9 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 15 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/03/2026)	3,674 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653843
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia					
Fugas — l/min	Mediana:	0.3	Percentil 95.º:	18.2	Máximo: 25.5
Eventos por hora	IA:	0.6	IH:	0.3	IAH: 0.9
Índice de apneia	Central:	0.5	Obstrutiva:	0.0	Desconhecid 0.0
Índice RERA					0.4
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653843

Utilização (horas)

Dias de utilização **35/35 (100 %)**

>= 4 horas dias

28 (80 %)


< 4 horas dias

7 (20 %)

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,2 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **25,5**

% 95.º (méd.)

18,2

Mediana (méd.) **0,3**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **8,0**



IAH (eventos/hora)

IAH **0.9**

IH **0.3**

IA **0.6**

IAC **0.5**

IAO **0.0**

IAD **0.0**

RERA **0.4**

%RCS (méd.) **0.0**

