


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/12/2025 - 28/12/2025
Dias de utilização	11/11 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (45%)	
< 4 horas	6 dias (55%)	
Horas de utilização	43 horas 13 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 22 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/12/2025)	3,264 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653843
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.0	Percentil 95.º: 9.7	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 2.4	Percentil 95.º: 21.8	Máximo: 32.0	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 0.4	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 1.7	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653843


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

