


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/12/2025 - 28/12/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	3 dias (50%)	
< 4 horas	3 dias (50%)	
Horas de utilização	24 horas 5 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 1 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 57 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/12/2025)	3,938 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.1	Percentil 95.º: 7.6	Máximo: 8.3	
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 7.4	Máximo: 14.8	
Eventos por hora	IA: 3.6	IH: 0.9	IAH: 4.5	
Índice de apneia	Central: 3.3	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573

Utilização (horas)

Dias de utilização**6/6 (100 %)**
>= 4 horas dias**3 (50 %)**
< 4 horas dias**3 (50 %)**
Dias sem utilização**0 (0 %)**
Dias sem dados**0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.)**4,0 h**



Fuga (l/min)

Limite definido**24,0 L/min**

Máximo (méd.)**14,8**
% 95.º (méd.)**7,4**
Mediana (méd.)**0,2**




Pressão (cmH2O)

Modo**AutoSet**
Definir EPR**Desl.**

Definir pressão máx.**8,0**
Definir pressão mín.**4,0**

Máximo (méd.)**8,3**
% 95.º (méd.)**7,6**
Mediana (méd.)**6,1**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC

IAO

IAD

RERA

%RCS (méd.)

4.5

0.9

3.6

3.3

0.2

0.1

0.6

0.0

