


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/12/2025 - 28/12/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	4 dias (67%)	
< 4 horas	2 dias (33%)	
Horas de utilização	29 horas 24 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 54 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 54 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 8 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/12/2025)	4,773 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830332
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 9.2	Máximo: 9.8	
Fugas — l/min	Mediana: 1.0	Percentil 95.º: 6.4	Máximo: 13.0	
Eventos por hora	IA: 4.5	IH: 0.3	IAH: 4.8	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 3.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830332


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

