


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/01/2026 - 05/02/2026	
Dias de utilização		23/24 dias (96%)	
>= 4 horas		11 dias (46%)	
< 4 horas		12 dias (50%)	
Horas de utilização		97 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)		4 horas 4 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		3 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/02/2026)		4,932 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22221830332	
Modo		CPAP	
Pressão definida		8.6 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 5.0	Máximo: 10.1
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 0.2	IAH: 2.3
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 1.6	Desconhecid 0.0
Índice RERA		0.0	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830332


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

