


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/12/2025 - 12/01/2026
Dias de utilização		14/14 dias (100%)
>= 4 horas		6 dias (43%)
< 4 horas		8 dias (57%)
Horas de utilização		54 horas 47 minutos
Utilização média (total de dias)		3 horas 55 minutos
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 55 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		3 horas 22 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/01/2026)		4,834 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830332
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.1	Percentil 95.º: 9.3	Máximo: 9.7	
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 6.6	Máximo: 16.5	
Eventos por hora	IA: 3.6	IH: 0.1	IAH: 3.7	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 2.5	Desconhecid	0.1
Índice RERA				0.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830332


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

