


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/01/2026 - 26/01/2026
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	14 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	113 horas 39 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 7 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 7 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 18 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/01/2026)	6,244 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221837381
Modo	CPAP
Pressão definida	8.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.6	Percentil 95.º: 14.8	Máximo: 56.4	
Eventos por hora	IA: 1.5	IH: 0.4	IAH: 1.9	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221837381

Utilização (horas)

Dias de utilização **14/14 (100 %)**
>= 4 horas dias **14 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **8,1 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **56,4**
% 95.º (méd.) **14,8**
Mediana (méd.) **0,6**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **8,2**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.9**
IH **0.4**
IA **1.5**
IAC **0.3**
IAO **1.1**
IAD **0.1**
RERA **0.9**
%RCS (méd.) **0.0**

