


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/04/2026 - 04/05/2026
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	221 horas 27 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 23 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 12 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 15 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/05/2026)	7,008 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221837381
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.1	Percentil 95.º: 15.2	Máximo: 88.1	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 0.3	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 1.5	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221837381


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

