


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/02/2026 - 02/03/2026
Dias de utilização	18/18 dias (100%)	
>= 4 horas	14 dias (78%)	
< 4 horas	4 dias (22%)	
Horas de utilização	109 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 3 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 31 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/03/2026)	3,909 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291916
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 4.9	Percentil 95.º: 21.5	Máximo: 50.0	
Eventos por hora	IA: 1.8	IH: 0.3	IAH: 2.1	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.7
Índice RERA	1.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291916


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

