


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/01/2026 - 12/02/2026	
Dias de utilização		21/25 dias (84%)	
>= 4 horas		11 dias (44%)	
< 4 horas		10 dias (40%)	
Horas de utilização		101 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)		4 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 49 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 31 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/02/2026)		3,801 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22222291916	
Modo		CPAP	
Pressão definida		7.8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 5.4	Percentil 95.º: 26.2	Máximo: 47.5
Eventos por hora	IA: 3.5	IH: 0.5	IAH: 4.0
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 2.3	Desconhecid 1.0
Índice RERA		1.4	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291916


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

