


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/01/2026 - 19/01/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	38 horas 49 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 28 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 28 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 49 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/01/2026)	2,296 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653865
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.3	Percentil 95.º: 11.8	Máximo: 12.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 1.8	Máximo: 8.0	
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 0.9	IAH: 2.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653865


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

