

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. MARINA PASETTO NOBREGA**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **6 novembro 1944** Idade: **81**
Sexo: **Feminino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **07/01/2026**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados:	Não	

Estatísticas

21/05/2017 - 30/10/2017

Dispositivo: Elite II AMER (S/N: 20112148297)

Parâmetros do dispositivo

Modo de terapia: **CPAP**

Pressão programada: **9,0 cmH2O**

APE: **FULLTIME**

Nível APE: **2,0 cmH2O**

Pressão - cmH2O

Mediana: **8,0**

Máximo/a: **9,0**

Fuga - l/min

Mediana: **0,0**

Percentil 95: **0,0**

Máximo/a: **3,6**

Índices respiratórios - eventos/hora

Índice de apneia: **0,0**

Índice de hipopneia: **1,3**

AHI: **1,3**

% de tempo em apneia: **0,0**

Utilização Total

Dias de Uso >= 4 horas : **39**

Dias de Uso < 4 horas : **9**

% Dias de Uso >= 4 horas : **23**

Dias de não utilização: **115**

Totalidade de dias: **163**

Horas de utilização: **254:06**

Mediana do uso diário: **5:55**


Média de uso diário: **1:33**

Gráficos em sumário


21/05/2017 - 30/10/2017

Dispositivo: Elite II AMER (S/N: 20112148297)


Pressão




Fuga



IAH & IA



Uso



Utilização Total

