


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/01/2026 - 21/01/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	45 horas 0 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 26 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 26 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 54 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/01/2026)	2,367 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882362
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 7.3	Máximo: 7.3	
Fugas — l/min	Mediana: 4.5	Percentil 95.º: 26.6	Máximo: 44.4	
Eventos por hora	IA: 0.0	IH: 0.2	IAH: 0.2	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882362

