


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/02/2026 - 03/03/2026
Dias de utilização	18/27 dias (67%)	
>= 4 horas	18 dias (67%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	107 horas 21 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 59 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 58 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/03/2026)	106 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217513
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 24.5
Eventos por hora	IAH: 0.4

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217513


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

