


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/01/2026 - 12/02/2026
Dias de utilização	17/17 dias (100%)	
>= 4 horas	17 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	93 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 26 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/02/2026)	3,069 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22161609710
Modo	CPAP
Pressão definida	10.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.6	Percentil 95.º: 10.6	Máximo: 31.1	
Eventos por hora	IA: 4.1	IH: 2.0	IAH: 6.1	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 3.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22161609710


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

