


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/01/2026 - 13/01/2026
Dias de utilização		1/1 dias (100%)
>= 4 horas		1 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		5 horas 44 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 44 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 44 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 44 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/01/2026)		2,897 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22161609710
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.8	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 2.4	Percentil 95.º: 12.0	Máximo: 16.8	
Eventos por hora	IA: 9.4	IH: 2.6	IAH: 12.0	
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 8.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	2.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22161609710


Utilização (horas)

Dias de utilização	1/1 (100 %)
>= 4 horas dias	1 (100 %)
< 4 horas dias	0 (0 %)
Dias sem utilização	0 (0 %)
Dias sem dados	0 (0 %)
Utilização/dia (méd.)	5,7 h




Fuga (l/min)

Limite definido	24,0 L/min
Máximo (méd.)	16,8
% 95.º (méd.)	12,0
Mediana (méd.)	2,4



Pressão (cmH2O)

Modo	AutoSet
Definir EPR	Apenas rampa, 1.0
Definir pressão máx.	10,0
Definir pressão mín.	4,0
Máximo (méd.)	10,0
% 95.º (méd.)	10,0
Mediana (méd.)	9,8



IAH (eventos/hora)

IAH	12.0
IH	2.6
IA	9.4
IAC	1.2
IAO	8.1
IAD	0.0
RERA	2.7
%RCS (méd.)	0.0

