


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/02/2026 - 04/03/2026
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (50%)	
< 4 horas	7 dias (50%)	
Horas de utilização	69 horas 35 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 58 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 58 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 59 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/03/2026)	212 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291908
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 14.7	Percentil 95.º: 36.4	Máximo: 78.3	
Eventos por hora	IA: 6.6	IH: 1.1	IAH: 7.7	
Índice de apneia	Central: 2.8	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	3.2
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291908


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

