


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/03/2026 - 16/04/2026	
Dias de utilização		43/43 dias (100%)	
>= 4 horas		30 dias (70%)	
< 4 horas		13 dias (30%)	
Horas de utilização		264 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)		6 horas 9 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 9 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/04/2026)		474 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22222291908	
Modo		CPAP	
Pressão definida		7 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 15.8	Percentil 95.º: 37.9	Máximo: 74.7
Eventos por hora	IA: 6.1	IH: 0.7	IAH: 6.8
Índice de apneia	Central: 1.6	Obstrutiva: 1.0	Desconhecid 3.4
Índice RERA	0.7		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		1 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291908


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

