


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/02/2026 - 18/02/2026
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (36%)	
< 4 horas	9 dias (64%)	
Horas de utilização	45 horas 19 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 14 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 14 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 48 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 18/02/2026)	142 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291908
Modo	CPAP
Pressão definida	5 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 26.2	Máximo: 75.2	
Eventos por hora	IA: 5.1	IH: 0.5	IAH: 5.6	
Índice de apneia	Central: 2.3	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid	1.8
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291908


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

