


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/01/2026 - 29/01/2026
Dias de utilização		9/9 dias (100%)
>= 4 horas		4 dias (44%)
< 4 horas		5 dias (56%)
Horas de utilização		35 horas 6 minutos
Utilização média (total de dias)		3 horas 54 minutos
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 54 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		3 horas 59 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/01/2026)		78 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291908
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	5 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 4.6	Percentil 95.º: 4.9	Máximo: 4.9	
Fugas — l/min	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 26.0	Máximo: 70.5	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 1.0	IAH: 2.9	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.8
Índice RERA				0.9
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291908


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

