


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/02/2026 - 23/02/2026
Dias de utilização	13/15 dias (87%)	
>= 4 horas	9 dias (60%)	
< 4 horas	4 dias (27%)	
Horas de utilização	62 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/02/2026)	4,031 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291912
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 1.2	Máximo: 7.6	
Eventos por hora	IA: 3.6	IH: 3.4	IAH: 7.0	
Índice de apneia	Central: 3.4	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	7 minutos (2%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291912


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

