


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/07/2025 - 13/08/2025
Dias de utilização	21/21 dias (100%)	
>= 4 horas	20 dias (95%)	
< 4 horas	1 dias (5%)	
Horas de utilização	129 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 9 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 28 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/08/2025)	581 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882333
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.5	Percentil 95.º: 13.7	Máximo: 31.0	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.2	IAH: 1.2	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882333


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

