


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/02/2026 - 18/03/2026
Dias de utilização	26/27 dias (96%)	
>= 4 horas	26 dias (96%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	186 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 55 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 11 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 18/03/2026)	343 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217544
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 10.1
Eventos por hora	IAH: 0.9

Horas de utilização




Relatório de terapia

AirSense 10 CPAPNS: 22242217544

Utilização (horas)

Dias de utilização **26/27 (96 %)**
>= 4 horas dias **26 (96 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **1 (4 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,2 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) **10,1**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.9**

