


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/01/2026 - 30/01/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	56 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 6 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 6 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	9 horas 2 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/01/2026)	4,785 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221021276
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 9.7	Máximo: 9.8	
Fugas — l/min	Mediana: 3.9	Percentil 95.º: 8.2	Máximo: 18.3	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.4	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221021276


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

