

RODRIGUES, LUIZ PAULO**Relatório de resumo**

Data de nasc:	09/02/1954	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	15/02/2026 - 16/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	12/02/2026
ID do paciente:	LUIZ PAULORODRIGU...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37959330156D				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 15/02/2026 - 16/03/2026**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	15/02/2026 - 16/03/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	9 dias 7horas. 1 min. 6 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 26 min. 37 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 26 min. 2 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 26 min. 2 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5horas. 39 min. 47 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	9 dias 10horas. 42 min. 4 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	9,2 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	10,8 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	11,7 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	1horas. 49 min. 20 segundos.
Média de IAH	9,0




Definições do Dispositivo a partir de 16/03/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

