


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/02/2026 - 16/02/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		6 dias (86%)
< 4 horas		1 dias (14%)
Horas de utilização		42 horas 38 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 5 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 5 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 19 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/02/2026)		3,271 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191678992
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 13.7	Percentil 95.º: 35.7	Máximo: 50.1	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.1	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.5
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22191678992

