

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Maria Luiza Marques Horta Barbosa

Data de nasc. 22/08/1964 (58 anos)

Sexo Feminino

Exame

Início 06/06/2023 – 22:41:51

Fim 07/06/2023 – 06:27:43

Tempo total 07:45:52 (465,9 min)

Tempo válido 07:31:03 (451,1 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool

☐ Congestão nasal

☐ Sedativos

☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☐ CPAP

☐ Aparelho de avanço

☒ Nenhum

Questionário do exame**Peso e altura**

Respondido em 06/06/2023

Peso 77 kg

Altura 1,59 m

IMC 30,5

Sintomas

Respondido em 06/06/2023

☒ Ronco alto e frequente

☒ Dificuldade para manter o sono

☒ Sono agitado

☒ Sono não reparador

☒ Sonolência ou cansaço diurno

☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

☐ Dificuldade de concentração

☐ Perda de memória

☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 06/06/2023

☐ Hipertensão arterial sistêmica

☐ Doença arterial coronária

☐ Insuficiência cardíaca

☐ Arritmia cardíaca

☐ Acidente vascular cerebral (AVC)



☐ Diabetes

☐ Depressão

☐ Refluxo gastroesofágico

☐ Doença respiratória

☒ Nenhuma

Resultado**Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)**

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve

15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 06/06/2023, iniciado às 22:41 e terminado às 06:27. O tempo total de registro foi de 7h45min (465 minutos) e o tempo válido foi de 7h31min (451 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 300 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 39,9/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 90% e permaneceu abaixo de 90% durante 43% do tempo de registro (194 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 72% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 39,9/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Polissonografia tipo IV de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	65%
SpO ₂ média	90%
SpO ₂ máxima	99%
Tempo com SpO ₂ < 90%	194,8 min (43%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	15,0 min (3%)
Número de dessaturações	300
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	39,9 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	42,3 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)




FC mínima	56 bpm
FC média	74 bpm
FC máxima	118 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	360,5 min
Tempo para dormir	19,0 min
Tempo acordado pós-sono	84,0 min
Eficiência do sono	77%

Análise de ronco

Tempo de gravação	466,0 min
Tempo com ronco	337,0 min (72%)



Polissonogramas

