


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/02/2026 - 19/03/2026
Dias de utilização	21/21 dias (100%)	
>= 4 horas	20 dias (95%)	
< 4 horas	1 dias (5%)	
Horas de utilização	161 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 42 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 1 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/03/2026)	161 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217400
Modo	CPAP
Pressão definida	6.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 40.1
Eventos por hora	IAH: 3.5

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217400

Utilização (horas)

Dias de utilização **21/21 (100 %)**
>= 4 horas dias **20 (95 %)**
< 4 horas dias **1 (5 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,7 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) **40,1**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,8**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **3.5**

