


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/02/2026 - 26/02/2026
Dias de utilização	15/15 dias (100%)	
>= 4 horas	15 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	121 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 7 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 7 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 23 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/02/2026)	5,022 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211840650
Modo	CPAP
Pressão definida	6.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 11.7	Percentil 95.º: 34.6	Máximo: 62.0	
Eventos por hora	IA: 2.4	IH: 0.8	IAH: 3.2	
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.6
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840650

