


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		31/12/2025 - 29/01/2026	
Dias de utilização		23/30 dias (77%)	
>= 4 horas		20 dias (67%)	
< 4 horas		3 dias (10%)	
Horas de utilização		146 horas 28 minutos	
Utilização média (total de dias)		4 horas 53 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 22 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 9 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/01/2026)		2,956 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22221596628	
Modo		CPAP	
Pressão definida		7 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 14.6	Máximo: 27.9
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.2	IAH: 0.7
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid 0.1
Índice RERA		0.0	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221596628

Utilização (horas)


Dias de utilização **23/30 (77 %)**
>= 4 horas dias **20 (67 %)**
< 4 horas dias **3 (10 %)**
Dias sem utilização **7 (23 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,4 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **27,9**
% 95.º (méd.) **14,6**
Mediana (méd.) **0,4**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,0**



IAH (eventos/hora)

IAH **0.7**
IH **0.2**
IA **0.5**
IAC **0.1**
IAO **0.4**
IAD **0.1**
RERA **0.0**
%RCS (méd.) **0.0**

