


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/02/2026 - 21/03/2026
Dias de utilização	46/47 dias (98%)	
>= 4 horas	42 dias (89%)	
< 4 horas	4 dias (9%)	
Horas de utilização	329 horas 37 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 21 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/03/2026)	1,263 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22222362957
Modo	CPAP
Pressão definida	6.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 20.9
Eventos por hora	IAH: 0.8

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22222362957


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

