


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/03/2026 - 14/03/2026
Dias de utilização	8/13 dias (62%)	
>= 4 horas	7 dias (54%)	
< 4 horas	1 dias (8%)	
Horas de utilização	45 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 32 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/03/2026)	1,839 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882278
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.4	Percentil 95.º: 8.5	Máximo: 8.5	
Fugas — l/min	Mediana: 2.7	Percentil 95.º: 13.4	Máximo: 29.1	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.2	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882278


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

