


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/01/2026 - 12/02/2026
Dias de utilização		9/14 dias (64%)
>= 4 horas		2 dias (14%)
< 4 horas		7 dias (50%)
Horas de utilização		36 horas 34 minutos
Utilização média (total de dias)		2 horas 37 minutos
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 4 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		3 horas 20 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/02/2026)		1,792 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882278
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.5	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 2.8	Percentil 95.º: 19.9	Máximo: 36.3	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 0.6	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882278


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

