


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/02/2026 - 24/02/2026
Dias de utilização	12/13 dias (92%)	
>= 4 horas	12 dias (92%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	94 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 52 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/02/2026)	9,744 horas	

AirSense 10 Elite	
Número de série	22201059946
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 5.1	Percentil 95.º: 15.3	Máximo: 19.6	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.4	IAH: 1.1	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 Elite

NS: 22201059946

Utilização (horas)

Dias de utilização **12/13 (92 %)**

>= 4 horas dias

12 (92 %)


< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização **1 (8 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,9 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **19,6**

% 95.º (méd.) **15,3**

Mediana (méd.) **5,1**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,0**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.1**

IH **0.4**

IA **0.7**

IAC **0.4**

IAO **0.3**

IAD **0.0**

RERA **0.1**

%RCS (méd.) **0.0**

