


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/02/2026 - 06/03/2026
Dias de utilização	21/21 dias (100%)	
>= 4 horas	21 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	179 horas 12 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 32 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 32 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/03/2026)	2,707 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882362
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 2.1	Máximo: 7.2	
Eventos por hora	IA: 3.0	IH: 0.9	IAH: 3.9	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 2.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882362


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

