

DOS SANTOS, ANDRE LUIS

Relatório de resumo

Data de nasc:	27/05/1993	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	10/01/2026 - 08/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	17/10/2024
ID do paciente:	ANDRE LUIS DOS SA...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37066223EEB4				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 10/01/2026 - 08/02/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	10/01/2026 - 08/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	9 dias 16horas. 2 min. 2 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10horas. 33 min. 30 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 44 min. 4 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 44 min. 4 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4horas. 37 min. 7 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	9 dias 16horas. 2 min. 11 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	1,0
Pressão CPAP	11,0 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 08/02/2026

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	11 cmH2O
Configuração C-Flex	2
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Desativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

