

Data de nasc:	16/09/1977	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	02/02/2026 - 03/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	18/03/2025
ID do paciente:	ANA ROSA DE OLIVE...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37162068F478				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 02/02/2026 - 03/03/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	02/02/2026 - 03/03/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	29 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	96,7%
Uso acumulado	8 dias 1horas. 32 min. 11 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 8 min. 25 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 27 min. 4 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 40 min. 25 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 59 min. 3 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	83,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	16,7%
Tempo total com soprador	8 dias 3horas. 37 min. 41 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,8 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,7 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	6 segundos.
Média de IAH	1,1

Definições do Dispositivo a partir de 03/03/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

