

Data de nasc:	16/09/1977	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	24/08/2025 - 22/09/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	18/03/2025
ID do paciente:	ANA ROSA DE OLIVE...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37162068F478				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 24/08/2025 - 22/09/2025

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	24/08/2025 - 22/09/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	7 dias 16horas. 10 min. 52 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7horas. 51 min. 2 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 8 min. 21 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 8 min. 21 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3horas. 10 min.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	86,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	13,3%
Tempo total com soprador	7 dias 16horas. 11 min. 16 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,7 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,4 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	8,5 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	3,7


Definições do Dispositivo a partir de 22/09/2025

Modo do aparelhoAutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8,5 cmH2O
Configuração A-Flex	3
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	2
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

