


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/03/2026 - 24/03/2026
Dias de utilização	8/8 dias (100%)	
>= 4 horas	8 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	59 horas 15 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 18 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/03/2026)	3,034 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.7	Percentil 95.º: 13.4	Máximo: 22.5	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.2	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638

Utilização (horas)


Dias de utilização **8/8 (100 %)**
>= 4 horas dias **8 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,4 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **22,5**
% 95.º (méd.) **13,4**
Mediana (méd.) **1,6**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Desl.**

Pressão definida **7,6**



IAH (eventos/hora)

IAH **0.4**
IH **0.2**
IA **0.2**
IAC **0.1**
IAO **0.1**
IAD **0.0**
RERA **0.0**
%RCS (méd.) **0.0**

