


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/03/2026 - 31/03/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	55 horas 21 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 54 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 54 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 30 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 31/03/2026)	3,089 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 12.7	Máximo: 28.5	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.4	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

