


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/02/2026 - 21/02/2026
Dias de utilização	2/4 dias (50%)	
>= 4 horas	2 dias (50%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	14 horas 35 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 39 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 18 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 18 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/02/2026)	2,849 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	7.1	Percentil 95.º:	8.9	Máximo:	8.9
Fugas — l/min	Mediana:	6.0	Percentil 95.º:	24.0	Máximo:	72.0
Eventos por hora	IA:	1.8	IH:	0.1	IAH:	1.9
Índice de apneia	Central:	0.3	Obstrutiva:	0.7	Desconhecid	0.7
Índice RERA						0.4
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638

