


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |  | 26/03/2026 - 29/03/2026 |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| Dias de utilização                                           |  | 4/4 dias (100%)         |
| >= 4 horas                                                   |  | 4 dias (100%)           |
| < 4 horas                                                    |  | 0 dias (0%)             |
| Horas de utilização                                          |  | 32 horas 36 minutos     |
| Utilização média (total de dias)                             |  | 8 horas 9 minutos       |
| Utilização média (dias de utilização)                        |  | 8 horas 9 minutos       |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      |  | 8 horas 15 minutos      |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 29/03/2026) |  | 3,075 horas             |

| AirSense 10 AutoSet |             |
|---------------------|-------------|
| Número de série     | 22231024638 |
| Modo                | CPAP        |
| Pressão definida    | 7.6 cmH2O   |
| EPR                 | Desl.       |

| Terapia                                            |              |                      |              |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 0.6 | Percentil 95.º: 14.4 | Máximo: 28.2 |                |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.3      | IH: 0.6              | IAH: 0.9     |                |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.1 | Obstrutiva: 0.2      | Desconhecid  | 0.0            |
| Índice RERA                                        |              |                      |              | 0.1            |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) |              |                      |              | 0 minutos (0%) |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

