


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/02/2026 - 15/02/2026
Dias de utilização	5/5 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	33 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 42 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/02/2026)	1,244 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024693
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.5	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 13.2	Percentil 95.º: 29.0	Máximo: 33.8	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.5	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024693

