

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

19/02/2026 - 01/03/2026

Dias de utilização	10/11 dias (91%)
>= 4 horas	10 dias (91%)
< 4 horas	0 dias (0%)
Horas de utilização	74 horas 21 minutos
Utilização média (total de dias)	6 horas 46 minutos
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 26 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 17 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/03/2026)	2,363 horas


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22231653863
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia

Fugas — l/min	Mediana: 10.7	Percentil 95.º: 29.6	Máximo: 38.3
Eventos por hora	IA: 4.3	IH: 1.2	IAH: 5.5
Índice de apneia	Central: 1.3	Obstrutiva: 2.7	Desconhecid 0.2
Índice RERA	0.7		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)		

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863

