


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/02/2026 - 02/03/2026
Dias de utilização	12/12 dias (100%)	
>= 4 horas	12 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	123 horas 13 minutos	
Utilização média (total de dias)	10 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	10 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	10 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/03/2026)	122 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22251051636
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 1.8	Percentil 95.º: 14.9	Máximo: 35.3	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.3	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22251051636


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

