


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/02/2026 - 17/02/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	62 horas 5 minutos	
Utilização média (total de dias)	10 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	10 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	10 horas 17 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/02/2026)	2,199 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	2222291891
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.0	Percentil 95.º: 8.7	Máximo: 9.8	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 8.4	Máximo: 55.4	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.3	IAH: 1.1	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291891


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

