

Klantgegevens:

naam : **Vivera**
adres : **Handelsweg 9**
postc. woonpl. : **Holten**
contactpers. : **J. Bastiaans**

Betreft:

- ☒ kalibratie
☐ Keuring (met conformiteit)
☐ Keuring (zonder conformiteit)
☐ Controle Metrologiewet
☐ CE keuring


Weegwerktuig gegevens:

afd./ klant ID : **Links 13857**
fabrikaat : **All Scales**
type : **ISC-V**
klasse : ☐ I ☒ II ☐ III ☐ IIII ☒ nvh
serienr. : **n.a.**
Max : **1500** g **kg** ton
indeling e : **0,5** g **kg** ton
Min : **10** g **kg** ton
tarra : **-max** g **kg** ton
bouwjaar : **-**

merken & toelatingen

weegwerkt. :
aanwijsnr. :
krachtopn. :
comp. / printer :
geplaatste lasten in: g **kg** ton
MTF en afwijking in: mg g **kg**
staffelpunt bij: kg ton **nvt**
gewichtenset: **M1** F1 E1
certificaat nr:

aangetroffen
zegelmerken



Weegproef (EN 45501, A4.4)

	L	MTF	afwijking			
			op		neer	
			voor just.	na just.	voor just.	na just.
1	0	0,5	0,0	. . .	0,0	. . .
2	10	0,5	0,0	. . .	0,0	. . .
3	20	0,5	0,0	. . .	0,0	. . .
4	50	0,5	0,0	. . .	0,0	. . .
5	100	0,5	0,0	. . .	0,0	. . .
6	250	0,5	0,0	. . .	0,0	. . .
7	500	1,0	0,0	. . .	0,5	. . .
8	750	1,0	0,0	. . .	0,5	. . .
9	1000	1,0	0,5	. . .	0,5	. . .
10	1250	1,5	0,5	. . .	1,0	. . .
11	1500	1,5	1,0	. . .	1,0	. . .
12	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
13	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
14	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

Weegproef met tarra (EN 45501, A4.6)

	Tarra 1 (50% max)				Tarra 2 (70% max)			
	L	MTF	afwijking		L	MTF	afwijking	
			op	neer			op	neer
1								
2								
3								
4								
5								

Herhaalbaarheid (EN 45501, A4.10)

L	wegingnr. & afwijkingen					
750 ca 50% max	1 0,5	2 0,0	3 0,0	4 . . .	5 . . .	6 . . .
1250 ca 80% max	1 1,0	2 1,0	3 1,0	4 . . .	5 . . .	6 . . .

Excentrische belasting & afwijkingen (EN 45501, A4.7)

Last : 500	0,5	. . .	0,0
MTF : 1,0	. . .		. . .
lokatie waterpas ☉	0,0	. . .	0,5

Rollende last & afwijkingen (EN 45501, A4.7)

Last :	→	1 2 3 4
MTF :	←	1 2 3 4

Nauwkeurigh. nulstellen ☒ nvt ☐ akkoord ☐ niet akkoord
Nauwkeurigh. nulstellen tarra ☒ nvt ☐ akkoord ☐ niet akkoord
Beweeglijkheid ☐ nvt ☒ akkoord ☐ niet akkoord
Max + 9e ☐ nvt ☒ akkoord ☐ niet akkoord
Opschriften & Merktekens ☒ nvt ☐ akkoord ☐ niet akkoord

- ☐ V(vinkje) = waarde binnen MTF
☐ reparatie uitgevoerd
☐ verzegeling verbroken voor interventie
☐ CE-markering / Merktekens aangebracht
☐ verzegeling aangebracht na interventie
☐ gejusteerd
☒ kalibratie met wettelijke criteria
☐ onderzoek volgens klant specs.
☐ samenwerkingssticker aangebracht
☐ conformiteit vastgesteld
☐ compatibility of modules data sheet
☐ herstellen(zie opmerkingen)
☐ anders,nl.
☐ vervangend onderzoeksrapport

Conclusies onderzoek

Metrologische staat ☒ akkoord ☐ niet akkoord
Technische staat ☒ akkoord ☐ niet akkoord
Gebruiksomstandigheden ☒ akkoord ☐ niet akkoord

opm.:

datum handtekening

5 juni 2026

Kalibratie Bureau Nederland
Rijthoek 12 4175 LM Haaften
Tel. 0418-59 27 28
www.kalibratiebureau.nl

M. Snoek

Certificaat alleen geldig indien voorzien van datum & paraaf

FOR 105 versie 20-09-2016